

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı : 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan EMG İĞNESİ alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.


Bekir ŞAHAN
Müdür Yardımcısı

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Emg İğnesi	100	Adet		
Genel Toplam:					

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:

1- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4- Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6- Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8- Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde, mail veya faks olarak gönderilebilir.

9- Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (120) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit

FİRMA-KAŞE
İMZA

EMG İğnesi 100 Adet

Disposable Concentric Needle Electrode 25 x0.30 mm

40 mm uzunluğunda olmalıdır.

0.46 mm (26 G) çapında olmalıdır.

0.07 mm kare kayıt yüzey alanı olmalıdır

Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır

İğne kavrama yerinde kayıt yüzey doğrultusunu elle hissetmeyi sağlayacak bir belirteç olmalıdır.

Disposable (tek kullanımlık) olmalıdır.

Micromed EMG cihazı ile uyumlu olmalıdır.

EMG iğnesi orijinal olmalıdır. Artefakt ve parazit yapmamalıdır.

EMG iğnesi UBB kodu olmalıdır. İğne kullanıcı tarafından denenerek alınacaktır.

Uzm. Dr. Nilgün TOPAL
Nöroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 95153