

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı : 84152352/
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan Defibrilatör Bataryası, Ekg Cihaz Kablosu,Aspiratör Filtresi Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.


Bekir ŞAHAN
Müdür Yardımcısı

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BATARYA(LİFE POINT MARKA DEFİBRİLATÖR CİHAZINA UYUMLU)	2	Adet		
2	EKG CİHAZI KABLOSU(PLUSMED MARKA)	1	Adet		
3	FİLTRE(ASPEED MARKA CERRAHİ ASPİRATÖRE UYUMLU)	1	Adet		
Genel Toplam:					

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi: 05.02.2020 Saat: 10.00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KI Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde,mail veya faks ile verilebilir.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (120) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

Defibrilatör Bataryası Teknik şartnamesi

- 1-Teklif verilen batarya ve bataryaya ait soket hastanemizde kullanılan 2 adet life point marka plus model Defibrilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
- 2-Batarya üzerinde firma bilgileri, batarya özellikleri, üretim tarihi durumlarını gösteren bilgiler bulunmalıdır.
- 3-Batarya 4400 mAh 14.8 volt olmalıdır.
- 4-Batarya en 2 yıl garantili olmalıdır.
- 5-Batarya TSE veya CE belgeli olmalı firma bunu belgelemelidir.

İsmail Hakkı DİLEK
Tasarruflu Yetkilisi