

T.C  
ADANA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan **Anestezi Devresi Ve Oksijen Maskesi Alımı** alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın-alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinde -bildirilmesini hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.

  
Bekir ŞAHAN  
Müdür Yardımcısı

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ANESTEZİ DEVRESİ BALONLU YETİŞKİN	600	Adet		
2	OKSİJEN MASKESİ (TEK KULLANIMLIK)	300	Adet		
<b>Genel Toplam:</b>					

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

**Son Teklif Verme Tarihi:** 31.03.2020 Saat 17:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (120 ) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Adana Dr. Ekrem TOK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

**ANESTEZİ DEVRESİ BALONLU YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Anestezi devresi ; inspirasyon ve ekspirasyonun aynı hat üzerinde olup arada septum/duvarla ayrıldığı 1,80 m 'lik ( $\pm 20$ cm ) hortumdan ve 1,00 m (  $\pm 20$  cm ) balon hortumdan oluşmalıdır.
2. Hasta devresi şeffaf olmalıdır. İnspirasyon ve ekspirasyonu ayıran septum farklı renkte ve devrenin ortasında olmalıdır.
3. Manuel ventilasyon hortumu bir tarafı anestezi cihazına uyumlu konnektör, diğer tarafı balona uyumlu konnektör olmalıdır.
4. Hasta devresi yetişkinler hastalar için kullanılabilir olmalıdır.
5. Hasta devresi 2 lt tek kullanımlık lateksiz balon içermelidir.
6. Her hasta devresi ile birlikte maske ile bağlantıyı sağlayan ve üzerinde gaz örnekleyici portu bulunan ELBOW adaptör verilmelidir.
7. Hasta devresi kullanılan anestezi cihazı ile kaçak yapmayacak şekilde uygun olmalıdır.
8. Her hasta devresi ile birlikte tek kullanımlık yüz maskesi ve bakteri filtresi verilmelidir.


Handan Arıkan

Anestezi Tekn.



Zeynep DEMİREL

Sağ. Bak. Hiz. Müdürü



### Maske Oksijen Yetişkin

\* Tekli poşetler içerisinde olmalı \* Anti alerjik olmalı \* Maske yumuşak olmalı \* Burun üzerine tam oturabilmesi için esnek metal kıskaç olmalı \* Kafa arasında tespit için yumuşak dayanıklı lastik bağcık olmalı \* Manometre giriş yerleri sağlam ve esnek olmalı \* Oksijen flow metresine uygun olmalı \* Kanserojen Madde içermemesi, fitalatlara ait toplam maximum sınır değerinin 0.1 % (100 pm)'in altında olması \* Kokusuz olmalıdır

**Handan ARIKAN**  
Sorm. Anestezi Teknisyeni  
Sicil No: 32582

**Zeynep DEMİREL**  
Müdür Yardımcısı