

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan **HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI ALIMI** alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın-alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinde -bildirilmesini hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.


Bekir ŞAHAN
Müdür Yardımcısı

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
F	HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI	200	Litre		
Genel Toplam:					

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi: 31.03.2020 saat 17.00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (120) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

Hızlı yüzey dezenfektanı teknik şartnamesi

- Tıbbi cihazların ve yüzeylerin çabuk dezenfeksiyonunun yapıldığı birimlerde ıslanmasında sakınca olmayan her türlü tıbbi alet ve ekipmanların hızlı dezenfeksiyonunda kullanıma uygun olmalıdır. Ürün, KüvözünPleksiglas ve akrilik camlarına, monitör ekranlarına,LCD ekran yüzeyine vb. zarar vermemelidir.
- Ürün alkol içerikli olmalı (en az %70 etil alkol veya %50 izopropil alkol veya %40 n-propil alkol içermelidir). Fosfat, fenol, aldehit ve aldehit türevi kimyasallar içermemelidir.
- Bakterisit, fungusit, virüsit etkisi olmalıdır. Firma bu etkinliği kanıtlayan ulusal veya uluslar arası mikrobiyolojik çalışma raporlarını ihale dosyasında sunmalıdır,
- Dezenfektanın etki süresi en fazla 1 dak. olmalı ve uygulama sonrasında kısa sürede kurumalıdır. Ürün uygulandıktan sonra durulama gerektirmemeli ve bez ile silindiğinde iz bırakmamalıdır.
- Püskürtme ve silme şeklinde uygulanan genel amaçlı orta düzey dezenfektan olarak kullanılmalıdır.
- Ürünün orijinal ambalajı kilitli olmalı ve üzerinde ürün kullanımı, yan ve toksik etkilerine ilişkin uyarılar, üretim tarihi, lot numarası, son kullanma tarihi, kullanım ile ilgili açıklamalar Türkçe yazılı olmalıdır.
- Dezenfektan, hastaların bulunduğu ortamlarda güvenle ve kolay uygulanabilir olmalıdır, rahatsız edici kokusu olmamalıdır.
- Ürün kullanıma hazır olmalıdır.
- Ürün 500ml- 1000 ml lik ambalajlarda olmalı, ürün sprey tarzında ise her ambalajın yanında 1 adet sprey tabanca bulunmalıdır.
- Raf ömrü en az depo teslim tarihinden itibaren 3(üç) yıl olmalıdır.
- Enfeksiyon Kontrol komitesi tarafından gerek görüldüğü takdirde numune, . Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen ve kurum tarafından tercih edilen bir laboratuaramikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal içerik, korozyon etki vb. açısından test edilecektir ve masraflar ilgili firma tarafından karşılanacaktır .
- İhaleyi kazanan firma, gerekli dokümanları sağlamalı ve ürün kullanımına başlamadan önce Enfeksiyon Kontrol Komitesince belirlenen kişilere eğitim vermeli ve bunu belgelendirmelidir.
- Dezenfektan solüsyonunun güvenlik belgesi (MSDS), numune ile birlikte dosyasında Türkçe olarak sunulmalıdır.
- Ürünün Sağlık Bakanlığı tarafından biyosidal ürün ruhsatı almış olduğuna dair belgesi olmalı ve dosyasında sunulmalıdır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA DR. EKREM TOK RUF SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI HASTANESİ
Üzüm, 2017
Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve
Açık Mikrobiyoloji ve
Dip.No: 130527 Sic.No:DR111255