

T.C  
ADANA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan **YÜKSEK DÜZEY ALET DEZENFEKTANI** alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.

Yunus Emre MAVİŞ  
Müdür Yardımcısı

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YÜKSEK DÜZEY ALET DEZENFEKTANI	10	Litre		
<b>Genel Toplam:</b>					

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

**Son Teklif Verme Tarihi:** 12.08.2021 Saat 10.00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (150) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

## YÜKSEK DÜZEY ALET DEZENFEKTANI

- 1.Solüsyon sıvı formda kullanıma hazır olmalıdır ve sulandırılmadan kullanılmalıdır.Kullanıma hazır formun içinde tortu bulunmamalıdır.Aktivasyon gerektirmemelidir.
- 2.Solüsyon her türlü cerrahi aletin,anestezi aksesuarlarının (maske,ambu,vb) ve tüm endoskopların dezenfeksiyonu için uygun olmalıdır.Paslanma,korozyon,endoskop kılıflarında yumuşama renk değişikliği vb zedelenmelere neden olmamalıdır.Bu aletlere ve optik sistemlere zarar vermemeli , fonksiyonunu bozmamalıdır.
- 3.Ürünün ambalajı orijinal olmalı,üzerinde ürünün kullanımı ile ilgili bilgiler, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
- 4.Ürünün mikrobiyolojik etkinliği test stripleri ile (MEK) kontrol edilmeli, bu stripler 1 (bir) litre başına 1 adet olmak üzere ihaleyi alan firma tarafından ücretsiz olarak verilmelidir.
- 5.Dezenfektan solüsyon, bakteriler(Tüberkülosidal,metisilin duyarlı ve dirençli Stafilokoklar,Enterococlar,Pseudomonas aeruginosa dahil olmak üzere dirençli gram-negatif basiller ve gram pozitif koklar vb.),mantarlar(Aspergillus niger ve Candida albicans dahil)virüsler(Hepatit B,Hepatit C,HİV dahil) üzerinde öldürücü etkiye sahip olmalıdır.Bu etkinliği kanıtlayan ulusal ve uluslar arası referans laboratuvarlarında yapılmış çalışmalar sunulmalıdır.
- 6.Solüsyon bakteri, mantar, virüslere 5 dakikada,sporlu bakterilere 15 dakikada etki etmelidir.
- 7.Solüsyon 14 gün tam etki süresine sahip olmalıdır.
- 8.Solüsyonun toksik veya iritan etkisi bulunmamalıdır.Göz,solunum yollarına iritan ve toksik olmamalıdır.
- 9.Solüsyonun rahatsız edici kokusu bulunmamalıdır.
- 10.Solüsyon 0,55-0,60 (sıfır nokta elli beş-sıfır nokta altmış) oranında ortofitalaldehit içermelidir.
- 11.Solüsyon 5 litrelik PVC içermeyen bidonlarda olmalıdır.
- 12.Ürünün pH değeri 7-8 ( $\pm 1$ ) arasında olmalıdır.
13. Solüsyonun raf ömrü en az 2 yıl olmalı
- 14 Solüsyon UBB Sağlık Bakanlığı'ndan onaylıdır ibaresi olmalıdır.
- 15.Dezenfektanın imhası ve kanalizasyona atılması için yeterli miktarda paketlenmiş ve kullanıma hazır nötralizasyon maddesi olarak glisin, her 5 litre solüsyon için en az 30 gramlık ambalajlar halinde nötralizasyon maddesi verilmelidir.Nötralizasyon maddesinin etkinliği belgelenmelidir.Etkinliği kanıtlayan belge sunulmalıdır.
- 16.Gerekli görüldüğü hallerde hastane idaresi bilgisi dahilinde ürün Refik Saydam Hıfzısıhha Laboratuvarında test edilmek üzere gönderilmeli masrafları firma tarafından karşılanmalıdır.

Adana Dr. Ercan Tok Ruh Sağlığı  
ve Hastalıkları Hastanesi  
Uz. Dr. Mustafa YSAĞAR  
Uzman

