

T.C  
ADANA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan EEG PASTASI alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.

Yunus Emre MAVİŞ  
Müdür Yardımcısı

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EEG PASTASI	10	Adet		
<b>Genel Toplam:</b>					

**Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları**

**Son Teklif Verme Tarihi:13.08.2021 Saat 10:00**

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırıcıların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (120) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

## EEG PASTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pasta, hem EEG hem de EP testlerinde kullanılabilirdir.
2. Yapıştırıcı ve iletken özelliđi bulunmalıdır.
3. Suda çözülebilmelidir ve kolayca temizlenebilmelidir.
4. Oda sıcaklığında korunabilmelidir.
5. Polixyethylen 20 Cetyl Ether, Su, Gliserin, Kalsiyum Karbonat, 1.2 Propanediol, potasyum Klorid, Poliksitilen 20 Sorbitol, Methylparaben, Propylaraben, Gelwhite, Sodium Chloride, ihtiva etmelidir.
6. Teklif edilen EEG Pastasının UBB kaydı ve Sağlık Bakanlığından onaylı barkodu olmalıdır.
7. Firmaların son teklif verme tarihinden en az 1 hafta önce numunelerini sunmaları ve Nöroloji bölümü'nden yeterlilik belgesi almaları gerekmektedir.
8. Nöroloji bölümünce yeterli görülmeyen malzemeler için verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Hatice Avcı  
✱