

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermeniz hususunu; Bilgilerinize rica ederim.

Yunus Emre MAVİŞ
Müdür Yardımcısı

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	İNTRAOSSEÖZ İĞNE SETİ (KEMİK İÇİ)	1	Adet		
2	ALÇILI SARGI BEZİ 10CMX3M	2	Adet		
Genel Toplam:					

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi: 02.12.2021 Saat 14:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (150) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ALÇILI SARGI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Beyazlatılmış pamuk ipliğinden leno tipi ya da hidrofil gazlı bez üzerine alçı sürülmüş bir bandaj şeklinde olmalıdır. 2. Alçı, bez üzerinde homojen olmalı, suyu emmeyen tortular şeklinde olmamalıdır. 3.Yapısında uygun miktarda kalsiyum sülfat bulunmalıdır. 4. Her bandaj, güvenli depolama şartlarına haiz olacak şekilde su ve nem geçirmez özel ambalajlarda tek tek sarılı olmalıdır. 5. Ambalajlar folyolar şeklinde olmalı ve alçının niteliğinin bozulmasına yol açmamak için kesinlikle su ve nem geçirmez olmalıdır. 6. Bandajlar polipropilen ya da benzeri kırılmaz ve nem tutmaz makaralara sarılı olmalıdır. 7. Bandajlar su içinde yaklaşık 1-3 saniye kaldıktan sonra 2-3 dakikada şekil verilebilecek kıvama gelmelidir, ıslanmamış alanı kalmamalıdır. 8. Alçılı sargıların sertleşme süresi suyla temastan sonra yaklaşık 3-6 dakika olmalıdır. 9. Alçılı sargılar açıldığında alçı döküntüleri olmamalıdır. 10. İstenilen ebatlarda olmalıdır. 11. Ebatları en az , 10x270 cm, 20x270 cm ($\pm\% 2$) olmalıdır. 12. En az 2 yıl miatlı olmalı 13. Firma teklif vermekle, tüm şartname içeriğini karşıladığını, ürünün tedavide kullanılmaya dair şartlara haiz olduğunu, eksik, hatalı ya da yanıltıcı bilgi vermediğini ve bunlara bağlı olarak ürünle ilgili oluşabilecek bir komplikasyonda tıbbi, hukuki ve insani sorumlulukları üstlenmeyi kabul etmiş sayılır.


Acil Hemş.
Ayri Babak
A


İNTRAOSSEOZ İNFÜZYON İĞNE SETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Set damar yolu bulunamayan hastalarda kemik içi infüzyon amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
- 2- Set içerisinde 1 adet intraosseoz iğne, 1 adet serum bağlantısı yer almalıdır.
- 3- Set steril Blister ambalajlarda paketlenmiş olmalı ve üzerinde part no, içerik bilgileri, son kullanım tarihi ve iğne ölçüleri açık bir şekilde yazılı olmalıdır.
- 4- İntraosseoz iğne ile damaryolundan gönderilebilen her türlü kan ve kan ürünleri, sıvı ve ilaçlar İO yol ile de gönderilebilmelidir.
- 5- İntraosseoz iğne üzerinde penetrasyon doğruluğunu göstermek amacıyla ölçüm çizgileri olmalıdır.
- 6- İntraosseoz iğne 15g kalınlıkta olmalı ve isteği yapan birimin isteğine bağlı olarak 25mm uzunluğunda teslim edilmelidir
- 7- İntraosseoz iğnenin ucu uygulanan kemikte minimum travma ile giriş yapabilmesi için iğne ile trokarın yüzeyi tek parça gibi tam uyumlu ve pürüzsüz şekilde birbirini tamamlamalıdır.
- 8- Serum seti ara bağlantısının bir tarafı luer lock diğer tarafı iğnesiz valf girişi şeklinde olmalı ve ortasında açma-kapama klemp bulunmalıdır.
- 9- Teslim edilen malzemelerin teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl miadlı olmalıdır.


A. H. KAR
Membere


Adına Dr. Elif T. Tok-Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. İbrahim Ertan YILMAZ
Dip.Tes.No: 216555


Adına Dr. Ekrem Tok-Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Uzman Dr. Nuri YILMAZ
Dip.Tes.No: 141504