

T.C  
ADANA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan **EEG Pastası** alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermeniz hususunda; Bilgilerinize rica ederim.

**Yunus Emre MAVİŞ**  
Müdür Yard.

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.N o	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EEG Pastası	20	Adet		
<b>Genel Toplam:</b>					

**Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları**

**Son Teklif Verme Tarihi:** 08.03.2022 Saat. 14.00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (60) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

## EEG PASTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pasta, hem EEG hem de EP testlerinde kullanılabilir.
2. Yapıştırıcı ve iletken özelliği uygun olmalıdır.
3. Suda çözülebilmelidir ve kolayca temizlenebilmelidir.
4. Oda sıcaklığında korunabilmelidir.
5. Polixyeten 20 Cetyl Ether, Su, Gliserin, Kalsiyum Karbonat, 1.2 Propanediol potasyum Kloride içermelidir.
6. Teklif edilen EEG pastasının UBB kaydı ve Sağlık Bakanlığında onaylı barkodu olmalıdır.

Hatice AVCİ  
★