

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan **2 KALEM EMG İĞNESİ ALIMI** alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinde -bildirilmesini hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.

Yunus Emre MAVİŞ
Müdür Yardımcısı

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Malzeme Adı | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|----------------------|---|--------|--------|--------------|--------------|
| 1 | DİSPOSABLE CONCENTRIC NEEDLE ELECTRODE 50*0,46 MM | 50 | Adet | | |
| 2 | DİSPOSABLE CONCENTRIC NEEDLE ELECTRODE 25*0,30 MM | 50 | Adet | | |
| Genel Toplam: | | | | | |

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi: 21.03.2022 saat 14.00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (30-60) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

EMG

iğnesi

sertifikası

Disposable Concentric Needle Electrode 50x0.46 mm

1. 50 mm uzunluğunda olmalıdır
2. 0.46 mm (46 G) çapında olmalıdır
3. 0,07 mm kare kayıt yüzey alanı olmalıdır.
4. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
5. İğne kavrama yerinde kayıt yüzey doğrultusunu elle hissetmeyi sağlayacak bir belirteç olmalıdır.
6. Disposable (tek kullanımlık) olmalıdır.
7. Micromed Cihazı ile uyumlu olmalıdır.
8. EMG iğnesi orijinal olmalıdır. Artefakt ve parazit yapmamalıdır.
9. EMG iğnesi UBB kodu olmalıdır. İğne kullanıcı tarafından denenerek alınacaktır.

Disposable Concentric Needle Electrode 25x0.30 mm

1. 25 mm uzunluğunda olmalıdır
2. 0.30 mm (30 G) çapında olmalıdır
3. 0,03 mm kare kayıt yüzey alanı olmalıdır.
4. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
5. İğne kavrama yerinde kayıt yüzey doğrultusunu elle hissetmeyi sağlayacak bir belirteç olmalıdır.
6. Disposable (tek kullanımlık) olmalıdır.
7. Micromed Cihazı ile uyumlu olmalıdır.
8. EMG iğnesi orijinal olmalıdır. Artefakt ve parazit yapmamalıdır.
9. EMG iğnesi UBB kodu olmalıdır. İğne kullanıcı tarafından denenerek alınacaktır.

Uzm. Dr. M. Emin TOPAL
Nöroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 95153