

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı: 84152352/

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan **SEDYE GÜVENLİK KEMERİ** alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın-alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermeniz hususunda; Bilgilerinize rica ederim.

Yunus Emre MAVİŞ
Müdür Yard.

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Malzeme Adı | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| 1 | Sedye Güvenlik Kemerı | 40 | Adet | | |
| Genel Toplam: | | | | | |

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları




Son Teklif Verme Tarihi:

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde veya Fax , Mail yoluyla olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (30-40) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEDFE HASTA BAĞLAMA KEMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hasta Taşıma Sedyeri, Tekerlekli Sandalye ve Ameliyat Masalarına hasta bağlamaya uyumlu, hastanın düşmesini engelleyecek özellikte olmalıdır.
2. Silinmeye karşı elverişli dış yüzeyden oluşmalıdır.
3. Emniyet kemerinde ayarlanabilir toka 5 cm (± 1) olmalı ve vücut tespiti kolayca yapılabilmelidir.
4. Vücudu 7 mm (± 2) Ped, pamuk veya köpükten oluşan ara katman ile kavramalı, güvenli ve konforlu bir hasta stabilizasyonu sağlamalıdır.
5. Emniyet Kemerini toplam uzunluğu ara katman ve kilit sistemi ile birlikte 220 cm (± 10) ve genişliği 5 cm (± 1) olmalıdır. Ağırlık taşıma kapasitesi 250 kg ve üzerinde olmalıdır.
6. Göğüs ve diz üzerine gelecek ara katmanların eni 10 cm (± 5) ve boyu 50 cm (± 10) olmalıdır. Kilit sistemi bu ara katmana sağlam bir şekilde dikilmiş olmalıdır.



Adana Dr. Dercan Tok
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Mustafa ÖZGÜÇ
Hastane Müdürü

70CM

5CM



60CM