

T.C  
ADANA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Sayı : 84152352/  
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan Dijital Ortam Sıcaklığı Ölçüm Cihazı (Alarmlı Dıđital Isı Ölçer) alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiđiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinde bildirilmesini hususunu;  
Bilgilerinize rica ederim.

**Gülhan UÇAR**  
İdari ve Mali İşler  
Müd.V.

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Dijital Ortam Sıcaklığı Ölçüm Cihazı (Alarmlı Dıđital Isı Ölçer)	Adet	20		
<b>Genel Toplam:</b>					

**Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları**

Son Teklif Verme Tarihi:27.03.2019 saat.10.00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (60 ) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

T.C.

ADANA VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

Adana Dr. Ekrem TOK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

ALARMLI DIGITAL ISI ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İç-Dış sıcaklık ölçümü yapabilmelidir.
2. Dış mekan yüksek/düşük sıcaklık uyarı ayarı verilmelidir
3. Maz-Min hafızası olmalıdır.
4. Büyük net digital ekran ile sıcaklık değişimi rahat takip edilmelidir.
5. Su geçirmez proba sahip olmalıdır.
6. Miknatıslı olmalı buz dolabı veya metal yüzeylere sabitlenebilmelidir.
7. Buz dolabı için prob tutucu orginal ambalajı içinde olmalıdır.
8. Dış ölçüm aralığı -50...+70 C
9. İç ölçüm aralığı -10...+50 C
10. Sıcaklık ölçüm kablosu en az 100 cm olmalıdır.
11. Cihazla birlikte 1 adet prob tutucu ve pil verilmelidir.

Şenay ASLANTÜRK  
Adli Servis Sorumlu Hemşiresi

Songül B. AYDOĞAR  
Müd.Yard.